

動作確認チェックシート

検査日	2022年9月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バイオクリーンベンチ	電源電圧	AC100V	寸法wxdxh	1360x810x2350
型式	MHE-130AB3	周波数	(50 / 60)Hz	ワークエリア	1200x601x680
メーカー名	三洋電機			照明(蛍光管)	40Wx2(グロー)
機械Ser.No	020039			殺菌灯	15Wx2(グロー)
製造年月				重量	335W

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 弊社パチクルカウンターで1分5回測定0.3 μ m0.4個、0.5 μ m0個であった、フットSW、蛍光灯
殺菌灯、操作、各アラーム問題無し。

フットSW2個



処理風量2.83L/min

作業台にパチクルカウンター

排気センサー

コントロール部



排気ダクト



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

