

管理番号

**L40208**

# 動作確認チェックシート (アルミブロック恒温槽)

検査日	2022年 08月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
型式	DTU-N	電源電圧	AC100V	外寸(WxDxH)	18x39x17cm
メーカー名	タイテック(株)	周波数	50/60Hz	槽サイズ	135x93mm
機械Ser.No	3010046	温度範囲	注1. R.T+3~100℃	付属ブロック	穴なしダミー
製造年月	不明	冷凍機	なし		

チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

最高・最低温度到達時間	備考(動作確認内容・不具合内容等)
26.5℃→100.0℃	約 14分
℃→	分
条件	Ta≒24℃、ダミーブロック装着
注1. 類似機種および設定可能値からの推定である。	



設定温度100℃運転



プログラム運転中の表示



プログラム運転終了時の表示

取扱説明書(なし)

## 修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[ 5.0 H]	100℃ O.K
検査担当者[ 小林 隆志 ]		
ユーザー名[	]	出荷日 年 月 日