


# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 10月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マントルヒータ	電源電圧	単相100V, 220W		
型式	HF-500S	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アズワン	大きさ(W×D×H)	200×220×160mm		
機械Ser.No	008029060	最高使用温度	450℃		
製造年月	不明	フラスコ容量	500mL		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源SW、温度調整はなし。K熱電対をヒータ底部にセットしてモニタ。
- (1)コンセントに接続で直接ヒータONで確認。電源ONから約20分後で184.2℃。微増を継続していた。  
(2)温度コントローラ(ミスミ製 MTCRM)を接続して確認実施。150℃設定で温度上昇、安定性を確認。問題なし。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2H]  
検査担当者[ 野沢 ]

