

管理番号

L40411

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 検査日 | 2022年12月2日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 直流安定化電源 | 電源電圧 | 1Φ85~135V | | |
| 型式 | PAK20-18A | 周波数 | 50/60Hz | 寸法(W×D×H) | 71×350×124 |
| メーカー名 | KIKUSUI | 電圧可変範囲 | 0~20V | 重量(kg) | 3.5 |
| 機械Ser.No | 15065328 | 電流可変範囲 | 0~18A | 最大出力 | 350W |
| 製造年月 | — | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○表示類

デジタル表示(電圧、電流)、ランプ(CC、CV)・・・異常無し



○スイッチ類

O.V.P、LIMIT、OUTPUT、ボリュームスイッチ(VOLTAGE、CURRENT)・・・異常無し

○CC、CV動作(電子負荷装置-菊水 PLZ664WA使用)・・・問題無し

CV動作

・CV動作5V設定

CC動作

・CC動作5A設定

| 設定電圧 | 可変電流 |
|------|--------|
| 5V | 0A~18A |
| 10V | 0A~18A |
| 15V | 0A~18A |
| 20V | 0A~18A |



| 設定電流 | 可変電圧 |
|------|--------|
| 1A | 1V~20V |
| 5A | 1V~20V |
| 10A | 1V~20V |
| 18A | 1V~20V |



・CV動作20V設定



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2]H

検査担当者[山下]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

