

管理番号

L40505

# 通電確認チェックシート

検査日	2023年4月25日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	パワーサプライ	電源・電圧	単相 180~242V		
型式	TC1000	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	大阪真空	外寸	480×310×150		
機械Ser.No	A126414-2	重量	9Kg		
製造年月日	1998年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作(通電)	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○





**【 入力電源投入 】**



全セグメント点灯



機種表示



レビジョン表示



停止中

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

通電(OK) 作業時間 [ 1.0H ]

検査担当者 [ 立野 ]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

