

管理番号

L40532

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エキスパンダー	電源電圧	1相 100V	ステージサイズ	φ 170mm
型式	—	周波数	50/60 Hz	ステージ上昇	手動式
メーカー名	—	対応ウエハーサイズ	6インチ	カット機能	無
機械Ser.No	—	ステージ加熱温度	不明	外寸	W230D380H300
製造年月	年 月	ステージストローク	Max 65mm	重量	11 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


・外観 …異常なし



ステージφ175
リング外寸φ180

・ステージ上昇

ステージ上昇設定: 30mm/50mm/65mm(Max)



30mm



50mm



65mm

・ステージ上昇/下降動作

ステージ動作: 手動式

上昇/下降動作 異常なし



・ステージ加熱

加熱温度範囲: 不明

100°C設定で昇温確認実施



表示器温度: 100°C

実温測定: 100.9°C

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

