管理番号

L40537

動作確認チェックシート

検査日	2021年　9月　22日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	パスボックス	電源電圧	200V	センサー	無
型式	FY-17CST-B	周波数	50/60Hz	ドア開閉	手動
メーカー名	松下精工松下電器	外寸（W×D×H）	600x740x1800	インターロック	有
機械Ser,No	不明	内寸（W×D×H）	600x600x600	重量	170kg
製造年月	不明	ドア枚数	2枚		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○※1
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・HEPAフィルター破れ・汚れ無



・プレフィルター交換済み

・　インターロック動作正常

清浄度測定(0.3μm)

通常環境時　（15秒送風時）

110599 ⇨ 37054

フィルター正常

タイマー設定　0～30秒

動作異常無し

※1　多少の擦り傷等有　使用に支障無

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1.0　H]

検査担当者[　柿添　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX