

管理番号

L40651

動作確認チェックシート

検査日	2021年 9月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バイオフィリーザー	電源電圧	1相 100V	冷媒	HC-600a(80g)
型式	GSS-3126HC	周波数	50/60 Hz	内容積	約310L
メーカー名	日本フリーザー	消費電力	60/60w	内寸	W500 D400 H1370
機械Ser.No	216813876	冷却性能	-14~-28℃	外寸	W680 D700 H1650
製造年月	年 月	収納ボックス	7個	重量	約80Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

動作確認環境(室温23℃ 湿度39%)

・外観

汚れ付着、凹み有り、ドアロックチェーン付属



収納ボックス7段

・動作

仕様最低温度(-28℃)到達まで 約270分

-温度到達まで実温表示なし



運転開始時



約270分後



汚れ



凹み



ドアロックチェーン

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

