

管理番号

L40663

動作確認チェックシート

検査日	2022年 3月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	超音波発振器	電源電圧	1φ 200V 1.3KVA	
型式	G-600A-C	周波数	50/60Hz	
メーカー名	ソニック・フェロー(株)	発振器出力	(MAX)600W	
機械Ser.No	2831	公称周波数	42kHz	
製造年月	2015年3月	外形	320(W)x385(D)x163(H) ^{mm}	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	△
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認。⇒外観問題なし。
2. 電源投入確認。⇒表示は問題なし。図1参照
3. 動作確認⇒振動子等が付属していない為インジケータのランプ点灯のみ確認。
(※チューニングはランプの確認もできず)



POWER ON&表示灯



インジゲータ点灯のみ



振動子の付属なし

取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: 通電のみ確認OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

