

L40683

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	多機能小型遠心機	電源電圧	単相200V10A		
型式	ALLEGRA-6KR	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ベックマンコールター	冷媒	R-404A 327g		
機械Ser.No	ALK00G21				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ローターMAX3750rpm確認。
- 温度設定-10℃で-5℃まで確認。
- タイマー問題無し。
- 手動OPENはNG,蓋ロックしないと回転しない。

77.
+通電時のみOPEN可。
3750rpm

マイクロプラスキャリアx4
MAX3250rpm



取扱説明書(有)

約-5℃確認。



ローターGH-3.8A バケット



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024年8月19日	再動作OK。	上田

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

