

(管理番号)
L50196

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂野

真空計動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ピラニ真空計	電源電圧	100V 単相		
型式	PM-32A-PB-1	周波数	(50・60)Hz		
メーカー名	島津製作所	測定範囲	1Pa~大気圧		
機械Ser.No	71059417				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 測定ポンプは、カシヤマ製NEODRY15を使用。
- 測定圧力3Pa



測定値

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK)