

動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	恒温恒湿槽	電源	AC200v 40A
型式	TH403HA	装置寸法	750x1400x1580
メーカー	楠本化成	内寸	500x350x350
製造年	2008		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データーバックアップ	PLC (済 <u>未対象</u> NG) TP (済 <u>未対象</u> NG) BT (済 <u>未対象</u> 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

上部タンクに清水投入して電源ON、85°C85%での設定及び動作問題なし。又、-40°Cも到達OK。

* 本装置は本来3台連結の装置だが、中段装置故障の為2段に変更した。ソフトの設定は下段と上段となる。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[40 H]

下段の冷凍機廻り、サビ腐食多いが動作は問題なし。

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

