

管理番号

L50324/NB0281

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年 4月 3日
名称	実体顕微鏡
メーカー	メイジテクノ
型式	EMF-2
S/N	102590
年式	-

【外観】



【仕様】

観察法	視野観察	鏡筒	双眼鏡筒
照明系	LEDリング照明	スタンドアーム長さ	500mm
照明電源 (ACアダプタ)	AC100-240 50/60Hz 0.3A	スタンドポール高さ	400mm
	O/P:DC12V 1A	ステージ	265mm × 265mm × 40mm
総合倍率	20x	接眼レンズ	
		対物レンズ	
接眼レンズ	SWF10x		
対物レンズ	2x		

視野内画像


チェック項目 (LEDリング照明交換後の再動作確認)

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明 (LED)	問題なし。

取扱説明書 無



LEDリング照明



視野内20x画像

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年4月3日	LEDリング照明交換 (NB0281)	三科

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業工数 [1.0 H]
検査担当者 [三科]
ユーザー名 []

] 出荷日 年 月 日

