

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防振台				
型式	ASW-0907F	外形	W750 D900 H590		
メーカー名	明立精機	重量	—		
機械Ser.No	A022286				
製造年月	2005年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ・動作確認は、浮上確認 OK
- ・約55Kg荷重をかけ動作確認実施。レベルセンサー3点異常なし。
- ・エア圧は、0.2MPaで浮上します。




分銅(ケース込み:11kg)x5個で浮上



天板上に留めネジが出ている。6ヶ所



取扱説明書(無) 分銅 10kg(メトラー製)



エア圧0.2MPaで稼働した。

修理・改造履歴


年月日	修理・改造記録	作業者

動作(OK)NG) 作業工数[1Hr]	(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[中野]		[中野]
ユーザー名【 出荷日 年 月 日		

レベルセンサー 3か所の状態




エアーを入れない状態



加圧した状態 浮上約5mm位



エアーを入れない状態




加圧した状態 浮上約5mm位



エアーを入れない状態



加圧した状態 浮上約5mm位



ストッパ、(固定ねじ)は、回すのに固い所が有る。