

## 動作確認チェックシート

検査日	2022年10月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	攪拌機	電源電圧	AC100V	外寸	W150 D180 H178 mm
型式	CP-2	周波数	(50・60)Hz	重量	4kg
メーカー名	アズワン	消費電力	モーター 45W		
機械Ser.No	5316	回転数	120~1100rpm		
製造年月	—	最大トルク	0.25N・m		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 消費電流	クランプで実測。	-
5 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

120rpmと1100rpmでタイマー5分で動作確認



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 0.5 H]

検査担当者[ 馬場 ]

中野

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日