

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年6月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	LIGHT BOX	電源	100V 22W	
型式	NEW5000 INVERTER	周波数	50/60Hz	
メーカー名	富士フイルムイメージング(株) (株)進光社	蛍光ランプ	100Wx2	
機械Ser.No	—	外径寸法	W285xD360xH63mm	
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒底面黒色のゴム足が1個欠損しているが問題なし。
- 2.通電点灯状態⇒問題なし。



取扱説明書:無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 1.0 hr ]

※黒色のゴム足1個欠損

検査担当者[ 雨宮 ]

