

管理番号

L70499

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年5月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	3相200V	外寸法 mm	W1143 D1215 H1823
メーカー名	エタック	周波数	50/60Hz	内寸法 mm	W700 D700 H950
型式	FL222C(H)	温度制御範囲	-20~150℃		
製造年月	-	下限温度	-		

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

### 備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・温度確認 OK  
約18℃→-20℃ 約20分 約18℃→150℃ 約50分
- ・温度過昇防止作動 OK
- ・運転OFFは、押してから停止まで、若干時間が掛かる。
- ・110℃以上は、扉の開閉が固くなる。(熱の歪?) ・ペンデコは、使用できない。
- ・冷却水は、自動で止まらない。冷凍機稼働以外は、手動で停止する。



150℃稼働



-20℃稼働



温度推移(20min/div)

取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023.05.15	温度コントローラーのヒューズが切れていた	小林隆

動作(○)基本機能が稼働できる)	作業工数[ 3 H]	(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[ 中野 ]			中野
ユーザー名[ ]	】出荷日	年 月 日	