

管理番号

L70538

## 動作確認チェックシート

検査日	2022年2月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インキュベーター	電源電圧	AC100V		
製造年月	—	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アズワン	温度制御範囲	+5～80℃		
外寸法 mm	W400 D410 H685	下限温度	—		
内寸法 mm	W300 D300 H300				

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

・温度確認 OK

約10℃→80℃

約50分

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・タイマー、過昇防止異常なし



80℃設定 測定温度

温度プロファイル (温度は参考値)  
(10min/div)

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(○●×NG)

作業工数[ 2H]

検査担当者[

中野 ]

ユーザー名[

]出荷日

年 月 日

中野