

## 再動作確認チェックシート

検査日	2022年3月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200-220V	冷却法	水冷
型式	SDE120SU-087	周波数	50・60 Hz	排気速度	2000L/min
メーカー名	榎山工業	吸気口径	NW50	モーター出力	4KW
機械Ser.No	079DN07964	排気口径	NW40	重量	151Kg
製造年月	2007年9月	規格値(到達圧力)	1.3Pa	外寸	370×740×560

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無い。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無い。	○
3 SW設定	SWの機能は正常。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしている。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



電流値:8.9A



到達圧力:0.54Pa



CASE温度:111°C

\* 暖気運転1時間後、再起動時の到達圧力です。(測定圧力は規格値を満たしております。)

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[ 3.0H ]

検査担当者[ 立野 ]



ユーザー名【

】出荷日

年

月

日