管理番号

L70624

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月25日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クライオポンプ	フランジ	IS160		
型式	P-060C	到達温度	15K以下		
メーカー名	アネルバ	重量	20Kg		
機械Ser,No	TZ49033				
製造年月	―				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・到達圧力：1.7×10^{-4}Pa　　・到達温度：10K

＊社内在庫品のコンプレッサーを使用し動作確認実施しました。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 3.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅