

管理番号

L70633

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	1相 100V	排水径	VP40
型式	—	周波数	50/60 Hz	純水/市水径	VP20
メーカー名	金田理化	照明	蛍光灯1灯	開口	W690D500
機械Ser.No	—	水栓	純水/市水2個	外寸	W1200D670H2000
製造年月	年 月	排気径	φ 210mm	重量	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



前面扉穴加工あり(φ80mm)

・動作確認



ポンプ回転 確認

・通電確認

蛍光灯スイッチON/OFF 確認

蛍光灯 点灯確認

コンセント通電 確認(104V)



・その他



排気φ210mm



排水VP40



純水/市水VP20

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[4h]

(備考欄コメント)

排気ファン別途必要

[責任者]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日



ASKINDEX