管理番号

L70731

動作確認チェックシート

検査日	2023年　1月　13日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	RF電源	電源	単相　200V	最大出力	600W
型式	AX-600Ⅲ-N-EI	周波数	50/60Hz	定格周波数	13.56MHz
メーカー名	ADTEC	電力	1.4kVA		
機械Ser,No	126000207				
製造年月	不明				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



RF電源最大出力600Wにて確認

RF電源		装置モニター画面	
Pf	Pr	Pf	Pr
600W	42W	603W	41.4W

※ULVAC　NE550　ドライエッチング装置にて動作確認実施

異常放電無し

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（OK）　　作業工数［　3H］

検査担当者［　今村　和彦　　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野