

管理番号

L90312

動作確認チェックシート

検査日	2024年 7月 26日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	DC電源	電源電圧	単相 AC100V 130VA	重量	4kg
型式	PMC18-3A	周波数	50/60Hz	寸法	107W×300D×140H
メーカー名	KIKUSUI	出力	DC 0~18V		
機械Ser.No	DH002820		DC 0~3.0A		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	※1 ○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外観:問題なし

2, SW類:POWER、OUTPUT、LIMIT 確認

VOLTAGEノブ、CURRENTノブ 確認 ※1:ノブ回転に抵抗あり

3, 表示類:電圧値、電流値 確認

表示、CV、CC(LED) 確認

4, 動作:社内電子負荷 KIKUSUI PLZ664WAにて確認

	設定電圧値	電流値
CV動作	5.00V	2.89A
	10.00V	2.89A
	18.00V	2.89A



	設定電流値	電圧値
CC動作	0.50A	17.87V
	1.00A	17.87V
	3.00A	17.87V



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H] ノブ回転に抵抗あり

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

