


管理番号

L90590

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2023年6月26日
名称	測定顕微鏡(小型工具顕微鏡)
メーカー	MITUTOYO
型式	TM-111
SERIAL No.	70056
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	落射式/透過式	ステージ	—
	明視野	ガラスステージ	W150xD93mm
照明装置	6.3V		
		ステージ可動範囲	X:90mmY:35mm
接眼レンズ	WF10x(付属:WF15x,WF20)		
	単眼		
対物レンズ	2x(付属:10x)		

【視野内画像】

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。

取扱説明書:なし

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者



SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[3.5 Hr]

※対物レンズの焦点深度は不明
視野内のフォーカスは50mm以上

検査担当者[雨宮]

