管理番号

LA0223

動作確認チェックシート
（ 酸素濃度計 ）

検 査 日	2024年 5月 13日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
型 式	OX－600(AC)	電源電圧	AC100V 5VA	重量	約180g
メーカー名	理研計器(株)	周波数	50／60Hz	警報	2段階警報機能
機械Ser,No	25H0072001RN	センサー型式	OS－BM1／O2		
製 造 年 月	2017年製 2月	外寸(WxLxH)	79x120x31mm		

	チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	－
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	－

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1)イニシャライズ起動(約25秒)後、アラーム状態(ブザーも鳴り)になる。またエア校正を実施しようとしても「FAIL」表示され実行できない。取説にはこれについての原因説明がない。

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(N. G) 作業工数[1．5 H]

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

N. G(センサーの劣化と推定)

[責任者]

早川