

管理番号

LB0425

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2026年1月6日
名称	生物顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	OPTIPHOT2-POL
S/N	152395
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	透過式	接眼レンズ	CFWN10x/20
		鏡筒	三眼鏡筒
照明系	ハロゲンランプ12V 100W	各種フィルター	ND2 ND4 ND16
			1/4λ 530nm
総合倍率	40x,100x	ステージ	φ 160mm
対物レンズ	4/0.1 160~ P	ステージストローク	—
	M Plan 10 DIC		
		レボルバー	4個穴手動レボルバ

チェック項目


■ コンディション	評価
総合	光学系、駆動系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書: 無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

視野内画像

対物レンズ10x観察画像
(フィルターND4)対物レンズ4x観察画像
(フィルターND4)SHIRASAGI 入力
動作: OK 作業工数[1.5 hr]

(備考欄コメント)

【責任者】

検査担当者[雨宮]

