

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年12月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(水冷)	電源電圧	単相200V(50HZ)208~230V(60HZ)		
型式	ThermoFlex1400	周波数	(50 / 60)Hz	冷媒	R134a
メーカー名	サーモフィッシャー	温度範囲	5~40℃	冷却能力	1. 4KW(60HZ)
機械Ser.No	0110361901121206	外寸wxdxh	360x624x692		1. 17KW(50HZ)
製造年月		重量	59. 2Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

槽内に水を入れ、水温15. 3℃設定温度5℃で起動、約17分で5℃到達、そのまま設定温度40℃に設定約32分で40℃到達(室温17℃)、コンプレッサー端子台カバー破損。交換済。

IN,OUT連結



取扱説明書(無)

コンプレッサー端子台カバー破損



端子台カバー交換。



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年8月21日	再動作OK。	上田
2023年月4日	端子台カバー交換。	上田

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) コンプレッサー端子台カバー破損。

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

