

管理番号

LC0060

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月12日			
商品名	マニュアルプローバー	外観(WxDxH)	445x535x540mm	ステージ移動範囲 x:155,Y:155,Z40mm
型式	—	顕微鏡部	ズーム倍率:0.8x~4x	
メーカー名	(株)共和理研		接眼レンズ:20x/12	
機械Ser,No	—	プローブ固定治具	4個	
製造年月	—	ステージサイズ	180x160mm	ケーブル等付属なし

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 姿勢制御SW設定	エアースW及び空気パネの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観目視確認⇒問題なし。
- 2.顕微鏡部動作確認⇒問題なし。



総合倍率20x



総合倍率40x



総合倍率80x



外観

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:条件付きOK 作業工数[1.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

