

管理番号

LC0072

動作確認チェックシート

検査日	2022年1月24日				
装置名	平面度測定装置	電源電圧	AC100V	測定範囲	縞感度の30倍
型式	FT-17	電流	0.5A	表示機能	干渉縞、等高線 鳥瞰図、断面図
メーカー名	(株)ニデック	周波数	50/60Hz		測定結果、測定条件 測定結果一覧
機械Ser,No	17173	測定項目	吸着測定		合否判定結果 マップデータ
製造年月	2012年5月	測定時間	15秒以下	ワークサイズ	φ100mm以下

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源投入確認—PC立上げ等問題なし。
- 2 φ4" Wafer投入確認—問題なし。(※下記写真参照)




φ4inc WAF投入




装置外観



WAF観賞用モニタ



測定結果モニタ



測定結果

取扱説明書:無

OS:Windows7

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年6月11日	再動作チェック⇒問題なし。	雨宮

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[4.0 hr]

検査担当者[雨宮]

