

動作確認チェックシート

検査日	2022年 9月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	レジストスピナー	電源電圧	AC 200v 60Hz 10kVA
メーカー	(株)マイクロテック	装置外寸	1500x1500x1200
型式	SDC-800M	ワーク寸法	470角
製造番号	A-5033	カップ寸法	720φ
製造年	2001 12		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。
 1 電源投入、手動動作、自動動作共に問題なし。条件変更も問題ない。
 2 本装置はレジスト塗布は手動で行い、塗布終了後、上蓋を閉じ、振り切りを行う。
 ソフト変更の為、塗布モード使用不可。メンテ画面→インターロック解除→回転→停止で使用する。
 条件変更は、設定→手動で変更する。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]
 検査担当者[横内]
 ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

