

管理番号

M10198

動作確認チェックシート

検査日	2023年1月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンパーティション	電源電圧	AC100V		
型式	NSCP-03KH	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ニッソー冷熱製作所	吸引型			
機械Ser.No	21025E 469	集塵効率	99.97%(0.3μm)		
製造年月		重量	40Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

HPAフィルターがファンの前にある為筐体から吸引、集塵効率実測不可、目視上異常無し、風速切り替え問題無し
メーカーは吹き出しタイプとの併用を進めている。

差圧正常値



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

