


動作確認チェックシート

検査日	2022年 3月 31日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	iQDP40	周波数	50・60 Hz	モーター出力	2.2KW
メーカー名	エドワーズ	吸気口	ISO40	重量	200Kg
機械Ser.No	972125191	排気口	NW40		
製造年月	—	到達圧力(規格値)	3.0Pa		


	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1×
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	—



電流値:5.1A



※1 到達圧力:17.0Pa



ポンプ温度:69.6°C

* 暖気運転2時間後、再起動時の測定圧力です。

* 規格値内にてご使用の際はオーバーホールが必要です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Fil Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0H] ・標準オーバーホール参考価格:260,000円

検査担当者[立野]

* 追加交換部品は別途費用が発生致します。



ユーザー名[

]出荷日 年 月 日