

管理番号

M20546

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ハロゲン光源装置	電源電圧	1相 100V	ライトガイド口径	φ 15mm
型式	KTS-150RSV	周波数	50/60 Hz	出力電圧切替	12/15V
メーカー名	ケンコートキナー	適合ランプ	JCR15V150WHS	ランプ寿命	約500時間
機械Ser.No	606097	ランプ色温度	3100° K	外寸	W90D270H190
製造年月	年 月	最大標準照度	60万Lux	重量	2.8 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作確認

LIGHT CONTROL Sw調整で照度変化確認



・通電確認

電源スイッチON/OFF 確認
POWER ONランプ点灯 確認



・その他

出力電圧切替Sw (12V/15V)
マニュアル(MAN)/外部入力(REM) 切替Sw



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

ファイバーケーブル無し

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

