

M40100

検査日	2023年2月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空攪拌・脱泡装置	電源電圧	3φ 200~220VAC	真空ポンプ性能	-98~-100kPa (到達真空度)
型式	UFO-7	周波数	50/60Hz	タイマー設定範囲	1秒~10分59秒
メーカー名	(株)EME	消費電力	6kW	外形寸法(W)×(D)×(H)	874×1075×1060mm
機械Ser.No	15Y1-3027	攪拌総質量	5kg(max)×2個	質量	700kg
製造年	—	公転回転数	100~800rpm	安全対策	漏電遮断 他

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源投入(異音・異臭等)確認⇒問題なし。
2. 動作確認⇒既存のレシピを使用しで確認問題なし。
3. 真空度確認⇒問題なし。
4. EMG SW動作確認⇒ON動作停止問題なし。



取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[4.5 hr]



検査担当者[雨宮]