

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年9月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	脱臭装置	電源電圧	AC100V	吸気口	φ75mm(内径φ70)
型式	TD-02	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	外寸wxdxh	400x400x900		
機械Ser,No	Lot,No,1765678	ファン(単能力)	4.5/5.5m <sup>3</sup> /min(風量MAX)		
製造年月			定格電流1.4/1.7A		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。  
 ファンサーマルリレー1.4A(50HZ)設定、吸気口風速18m/s風量計算上、約4.154m<sup>3</sup>/min  
 活性炭フィルター付いていない。

活性炭フィルター無し




取扱説明書(無)

吸気口用付属品



積算時間1h



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

