

動作確認チェックシート (クリーンベンチ)

検査日	2024年 11月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
型式	MHE-S1300A2	電源電圧	単相100V 330W	清浄度	クラス100
メーカー名	三洋電機	周波数	50/60Hz	庫内照明	40W蛍光灯
機械Ser.No	110007	概寸(WxDxH)	135x79x214cm	UVランプ	あり
製造年月	不明(推定2011年頃)	作業台寸法	120x45cm	重量	約257Kg

チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

「確認事項」

- (1) ドア解放アラーム動作 ○. K
- (2) 作業コンセント 100V確認 ○. K
- (3) 清浄度(庫内中心付近で測定 0~10/CF) ○. K
- (4) 表示確認
 - INFLOW 0.53m/S
 - DOWNFLOW 0.37m/S
 - PRESSURE 67Pa
 - UV SET 15min
 - UV 54x10hr
 - FILTER 41x10hr
 - FLUORSCENT 0x10hr
- (5) 蛍光灯とUV灯のON/OFF 共に ○. K



風速表示



ドア解放警告表示



稼働時間表示(UVとフィルター)



UV点灯中

取扱説明書(なし)

修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2.0 H] ○. K	中野
検査担当者[小林 隆志]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	