

動作確認チェックシート

検査日	2024年 2月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	単相 100V	接続ケーブル	無し
型式	SS-300	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	東京応化工業	出力	13.56MHz		
機械Ser.No	4-8410092	寸法	290x470x200		
製造年月	1984年 10月	重量	36Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・ 外観確認 異常なし



- ・ 通電確認 AC100Vにて通電を確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[永松]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

