

管理番号

M40898

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	光表面処理装置	電源電圧	単相 100V	試料台サイズ	160×160mm
型式	PL17-110	周波数	50/60 Hz	排気径	φ75mm
メーカー名	セン特殊光源	紫外線波長	254nm/185nm	本体寸法	W300D290H310
機械Ser.No	P5516935	紫外線照度	15mW/cm ²	電源寸法	W160D665H150
製造年月	年 月	照射距離	20～75mm	総重量	32 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・照射確認

タイマー設定時間:20s

STARTボタンONで照射 確認 (照射ランプ点灯 確認)

タイマー設定時間経過で停止 確認



タイマー可動時

照射ランプ



照射中

・通電確認

照射待機ランプ点灯 確認

ブローSw ON/OFF 確認

(ブロー異音等無し)

手動シャッター動作 確認



・HOUR METER

1831.1 h



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

