

管理番号

M40972

## 動作確認チェックシート

検査日	2022年 9月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオンスパッタ	電源電圧	1相 100V		
型式	JFC-1100	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	日本電子	ガラスベルジャ内径	135 mm		
機械Ser.No	12062/EP437200-87	真空ポンプ	アルバック G-100D		
製造年月	年 月	外寸本体	W500 D350 H420		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …使用感あり



・放電確認

DC電圧:0.43Kvにて放電確認  
放電時、電流6.4mA

・通電確認

電源ランプ点灯 確認

真空ポンプ可動 確認

異音発生無し



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1H ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

