

管理番号

M50163

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	フランジ外径	279mm		
型式	CAP-80	フランジ	8B ANSI		
メーカー名	アネルバ	到達温度	15K以下		
機械Ser.No	—	重量	25Kg		
製造年月	—				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



コンプレッサー(社内在庫品:K60516)

到達圧力: $2.3 \times 10^{-4} \text{ Pa}$

取扱説明書(無) * 起動中に異音発生のため、OHを推奨致します。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業時間[3.0 H]

* 起動中に異音発生のため、OHを推奨致します。

検査担当[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日