

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	1φ100VAC	温度設定範囲	-20~30℃
型式	CA-1112	冷媒	R407C		
メーカー名	東京理化工機	数量	330g		
機械Ser.No	60728497	冷却能力	1.1kW		
製造年月	—	冷却方法	空冷		

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
- 2.水量レベルまで注水(市水)⇒リーク等問題なし。
- 3.運転(設定:2℃)確認⇒問題なし。(氷結の為、動作確認はここまで)



装置外観



槽内部



市水注水



水位ゲージ



2℃設定



水温2℃到達



氷結の為確認はここまで

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:条件付きOK 作業工数 [3.5 hr]

検査担当者[雨宮]

※実際の使用時はナノブラインを使用してください。



ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日