

管理番号

M50385

動作確認チェックシート

検査日	2023年9月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	引張試験機 オートグラフ	電源	AC100-115V	負荷容量	50N
型式	EZ-SX	周波数	50/60Hz		
メーカー名	島津製作所	外形	W400 D530 H885		
機械Ser.No	-	重量	33Kg		
製造年月	2018年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ・本体動作確認は、問題なし
- ・トラペジウムX分析ソフトと通信OK。
パソコンは、RS232Cが付いている事。



測定開始状態




測定時の画面



キャリブレーション動作



トラペジウムX分析ソフト



取扱説明書(本体の取説なし ソフトの取説有り(CD版))

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)


[責任者]

動作(一) 作業工数[5Hr]


検査担当者[中野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日






試験機と接続できませんでした



S/Nは、デスクチャー一覧に入力



パスワード: adminを入力



SUBドライバー正常



ロードセル 50N



試験器具関係



付属品



取説、ソフト関係 CD版

