

動作確認チェックシート

検査日	2022年11月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	成型真空デシケーター	内寸	φ305mm	
型式	RVD-300	全容量	約13L	
メーカー名	アズワン	減圧許容度	133Pa	
機械Ser.No				
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2		
3		
4		
5		
6		
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 下表示まで減圧、2h後変化なし、押さえプレート固定部一部欠損、使用上問題無く減圧可。
使用真空ポンプ、アルバックDA-121D(ダイヤフラム)



取扱説明書(無)

付属品



押さえプレート固定部一部欠損



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024.7.9	再動作	早川

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

