

動作確認チェックシート

検査日	2023年1月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルマイクロスコープ	電源電圧	AC100V 50/60/Hz	カメラ	STC-TC152USB
型式	SKL-Z200C	光源	SKLS-A(LEDリング照明)		
メーカー名	斎藤光学	手動ステージ	X/Y軸:75×60mm		
機械Ser.No	LZ20C0106	レンズ	1~6x		
製造年月	—	OS	Windows7		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.PC起動及びソフトインストール⇒正常にインストール完了。図1.2参照
- 2.画像計測ソフト立上げ⇒観察画像、測定機能(キャリブレーションは未実施)問題なし。



取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 H]

※PC DVDレコーダー動作不良の為、弊社所有外付け機器にてインストール実施。

検査担当者[雨宮]

