管理番号

M70349

動作確認チェックシート

検査日	2024年　7月　12日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	温度計	電源	リチウム電池（CR123A）	分解能	0.1℃
型式	RTR-71	測定範囲	-60～+155℃	測定チャンネル数	2CH
メーカー名	ティアンドデイ	測定精度平均	±0.3℃（-20～+80℃）	付属温度センサー	TR-5320
機械Ser,No	71440279.71440280.71440211	外寸	W65× D35× H135		
製造年月	-	重量	約120g		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等） 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

１、外観確認を実施。　→　問題なし。
２、動作確認　OK　（社内基準温湿度計（AS ONE THA-01M）にてチャンネル①②を確認）

動作確認

① No.71440279

② No.71440280

③ No.71440211

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]
動作（ OK ）　作業工数[2.5 H]　※リチウム電池は付属しません。
検査担当者 [　佐藤（紀）　]　　中野
ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日