管理番号

M70417

動作確認チェックシート

検査日	2022年8月23日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	電子秤	電源電圧	単3電池 6本	内部分銅	無
型式	HL-2000	周波数	ー	計量皿寸法	ー
メーカー名	エーアンドディー	最小表示	1g	通信機能	無
機械Ser,No	―	直進性	ー	ひょう量	2000g
製造年月	―	繰り返し性	ー		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○注.1
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○注2
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 異常なし。
2. 直進性　　９点を測定

分銅	測定値(g)
1	1
10	2
20	10
50	20
100	50
200	100
500	200
1,000	1,000
2,000	2,001
最大誤差	1

注1. 表部汚れあり、若干見にくい。（表示写真参照）

注2. 測定値は、参考値として下さい。

※分銅は、校正対象品ではない。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[　0.5H]

検査担当者[　中野　]　　中野

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日


A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
1 g
ON/OFF
Max 2000g d=1g

A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
10 g
ON/OFF
Max 2000g d=1g

A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
20 g
ON/OFF
Max 2000g d=1g

A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
50 g
ON/OFF
RE-ZERO
Max 2000g d=1g

HL-2000 0.5 Kg 1/1
ASKINDEX
www.askindex.co.jp
A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
100 g
ON/OFF
RE-ZERO
Max 2000g d=1g

A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
200 g
ON/OFF
RE-ZERO
Max 2000g d=1g

HL-2000 0.5 Kg 1/1
ASKINDEX
www.askindex.co.jp
A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
500 g
ON/OFF
RE-ZERO
Max 2000g d=1g

エーアンドディー
W140 D200 H55
重量 分割
HL-2000 0.5 Kg 1/1
ASKINDEX
www.askindex.co.jp
A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
1000 g
ON/OFF
RE-ZERO
Max 2000g d=1g

HL-2000 0.5 Kg 1/1
ASKINDEX
www.askindex.co.jp
A&D
HL-2000
STABLE
ZERO
2001 g
ON/OFF
RE-ZERO
Max 2000g