

動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 25日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボポンプset	電源	単相AC200/220v 50/60Hz
型式	TG221FRWB-50/TC222	フランジ	ISO100/NW16
メーカー	大阪真空		
製造年	2010		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源、冷却水接続してスタート、立ち上がり、振動、異音等問題なし。

1h連続運転確認、停止動作も問題なし。

* 外部制御信号 2-10をジャンパー 電源投入後 1-9をジャンパーしてスタート。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

ローター変色している。



検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日