

# 動作確認チェックシート


検査日	2023年 1月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボポンプセット	電源電圧	AC115/230v
メーカー	アルカテル	フランジ	NW100
型式	ATP150/ACT600T		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

ドライポンプ接続して START 数分で27000rpm到達、異音振動等無し。STANDBYも12000rpm確認。

\* REMOTE CONTROL 31-39/32-41をジャンパーして動作確認した。



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

