管理番号

M90142

動作確認チェックシート

検査日	2022年11月30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	単相100or200V	IN,OUT	NW25
型式	2008A	周波数	（50 / 60）Hz	寸法w、d、h	510x200x250
メーカー名	アルカテル	排気速度	167/200L/min		
機械Ser,No	241604				
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	―
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　単相200V確認、0．57Pa確認、1h連続運転。

電源ケーブル短い（50cm位）

ミストフィルター付き

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1.5H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日