

動作確認チェックシート

検査日	2025年 12月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ホットプレート	電源電圧	単相100V	
型式	HP-A1914B	周波数	50/60Hz	
メーカー名	SYBRON (USA)	大きさ(W×D×H)	170×210×116mm	
機械Ser.No	不明	プレート	158×158mm	
製造年月	不明	出力	0~750W	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLG (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 表面温度計(安立計器製 TYPE E)にてプレート表面を測定。

(1)つまみ設定350W時: 219.9~222.2°C

(2)つまみ設定HIGH(750W)時: 450~464°C

特に問題なし。



表面温度計(設定HIGH時)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[野沢]

